


DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", fare riferimento al paragrafo 0.9

SCHEDA Nr.7

Attività analizzata: **Raccolta ed incenerimento di rifiuti**

Ubicazione attività analizzata: **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"**

Azienda / Lavoratore autonomo appaltatrice: _____

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P X D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
Accesso nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto. Transito all'interno dei luoghi di lavoro.	Aree di transito e di accesso comuni. Luoghi di lavoro interni ed esterni, piazzali, ecc.	Investimenti, incidenti, collisioni, traumi ecc.	3 = 1 x 3	Prestare la massima attenzione alla circolazione di mezzi di eventuali altre ditte esterne, fornitori, dipendenti, automobili ecc. e persone durante manovre e transito nelle aree esterne; Rispettare i limiti di velocità (10 Km/h)	Prestare la massima attenzione alla circolazione pedonale (e mediante mezzi) di dipendenti di altre ditte esterne



Revisione 01: 01 / 06 / 2013

SINTESI - SPM - ARCHÉ - CSA TEAM - IAL CISL NAZIONALE - IAL ROMA E LAZIO

Pag.

1/4

DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P X D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
Utilizzo dell'inceneritore	Rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di proprietà del Committente	Incendio, ustioni, folgorazione, ferite, ecc.	8 = 2 x 4	<p>Utilizzo dell'inceneritore in comodato d'uso e di proprietà del Committente secondo le specifiche dallo stesso fornite.</p> <p>Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola d'arte anche per quanto riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.</p> <p>Rispettare l'obbligo di utilizzo dei DPI.</p>	<p>Adeguatezza dell'impianto elettrico (protezioni, collegamenti, di terra, ecc.) ed in modo particolare nei punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo dell'energia elettrica.</p> <p>Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori).</p> <p>Fornitura all'appaltatore della dichiarazione di conformità dell'inceneritore</p>

DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P X D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
Utilizzo dell'inceneritore	Potenziale contatto con agenti biologici	Infezioni, irritazioni per esposizione a materiale biologico	8 = 2 x 4	<p>Attenersi scrupolosamente alle specifiche fornite dal Committente in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • norme di uso dell'inceneritore • procedure interne di incenerimento dei rifiuti di origine biologica. <p>Effettuare il trasporto e le operazioni di carico e scarico dei contenitori (sacchi, contenitori, ecc.) con la massima cautela.</p>	<p>Fornire le procedure per la gestione dell'inceneritore e dei rifiuti derivanti da carcasse di origine animale.</p> <p>Utilizzare un mezzo idoneo e provvisto della necessaria autorizzazione per il tipo di trasporto (rifiuto di origine di tipo biologico).</p>

DUVRI NCON433_UP1_P1	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE ART. 18 E 26 e All. XVII D.Lgs 81/08 e s.m.i. e		
Ente/Amm.ne	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise	"G. Caporale"	
Plesso	Via Campo Boario, Teramo		

ATTIVITA' SVOLTE APPALTATORE	POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA	CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI	IR = P X D	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMMITTENTE
<p>Accesso nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.</p> <p>Transito all'interno dei luoghi di lavoro.</p>	<p>Cadute in piano per presenza di ostacoli</p>	<p>Inciampare e scivolare, urti, traumi, ferite</p>	<p>4 = 2 x 2</p>	<p>Durante lo svolgimento dei lavori mediante l'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, posizionare le prolunghe di alimentazione al fine di non costituire occasione di inciampo sia per il personale operatore che per persone terze. Dopo l'utilizzo, eliminare le prolunghe ed i cavi di alimentazione.</p> <p>Deposito temporaneo del materiale dell'impresa in posizione tale da non ostacolare un eventuale esodo di emergenza e/o pregiudicare l'utilizzo dei percorsi.</p> <p>Presenza, ove necessario, di personale dell'impresa appaltatrice per segnalare il pericolo.</p> <p>A conclusione dei servizi svolti, il personale provvederà alla collocazione delle attrezzature e materiali propri negli spazi definiti dal Committente al fine di mantenere liberi i pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le uscite e le scale di sicurezza.</p>	<p>Massima attenzione agli eventuali cavi elettrici o altro materiale posto a terra e ad ogni altro oggetto che possa costituire pericolo o inciampo.</p> <p>Identificare un locale a disposizione dell'appaltatore come deposito.</p>